



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.05.03/175.01/

Konu : Yeterlik Testleri

DAĞITIMLI

İlgi: 18 Ocak 2010 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.05.02./ 175-736 sayılı yazımız

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüz Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı, 5 Eylül 2008 tarih ve 26988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında çevre mevzuatına göre çalışan laboratuvarlara Çevre Analizleri Yeterlik/Ön Yeterlik Belgesi vermekte ve bu laboratuvarların yapmış olduğu ölçüm ve analiz sonuçlarını kabul etmektedir.

Yönetmeliğin 35.Maddesi kapsamında, Bakanlığımızdan belge almış olan ve analiz sonuçları geçerli kabul edilen laboratuvarların yeterlik testleri ile analiz sonuçlarının doğruluğunun takibi ve izlenebilirliklerinin sağlanması amacıyla, , ilgi yazımızla göndermiş olduğumuz su ve/veya kömür numunesinde belirlenen parametrelerin analizleri tarafınızca yapılarak sonuçları Bakanlığımıza gönderilmiştir. Laboratuvarınıza ait analiz sonuç formları değerlendirilmiş ve konuyla ilgili hazırlanan Yeterlik Test Çalışması Raporu yazımız ekinde gönderilmektedir.

Yeterlik Test Çalışması Raporun da belirtilmiş olan ve **z-skorumları $2 < |z| < 3$** olarak hesaplanan parametreler için, problemin irdelenmesi ve laboratuvarınızca konu ile ilgili düzeltici faaliyet geliştirilerek, faaliyet konusu ve kapsamı hakkında tarafımıza bilgi verilmesi ve katılım sağlayacağımız yeterlik testlerine ait raporların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Z-skorumları $|z| \geq 3$ olarak hesaplanan parametreler için “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ”nin 38.Maddesi 4.Fıkrasında yer alan “Yeterlik veya karşılaştırma testlerinin sonuçlarının kabul edilebilir sınırların dışında olması durumunda bu uygunsuzluğun düzeltildiği ispat edilene kadar belgenin ilgili parametresi askıya alınır” hükmü uyarınca ilgili parametreler 01.05.2010 tarihinden itibaren , katılım sağlayacağımız yeterlik testlerine ait raporlar Bakanlığımıza ibraz edilinceye kadar askıya alınacaktır.

Çevre Analizleri Yeterlik/ Ön Yeterlik Belgesi alan laboratuvarların belirli periyotlarla karşılaştırma testleri yapılarak izlenmelerine devam edilecektir.



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Ülkemizde çevre mevzuatı kapsamında çalışan laboratuvarların kalite alt yapılarının güçlendirilmesine katkı sağlamak için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Lütfi AKÇA
Bakan a.
Genel Müdür

LABORATUVAR NO:

Su YT:

Kömür YT:

Ekler:

- 1.Su Analizi Yeterlik Test Çalışması Raporu (1 adet)
- 2.Kömür Analizi Yeterlik Test Çalışması Raporu (1 adet)